

FAN *hp*

**bald
erhältlich!**



FAN *hp*

Neuer, kompakter C13 Atemtester für alle geeigneten H. pylori Testkits

Preisgünstig, kein PC erforderlich

Intuitive Bedienung über Touchscreen

Anschluss eines Bon-Druckers möglich

Einfache Übertragung der Messergebnisse per USB-Stick

Merkmale

- Einstellbarer pos/neg Grenzwert für alle H. pylori Atemtestkits mit Beuteln
- Automatische Korrektur vertauschter Proben möglich
- Sofortdruck bei Vorliegen des Resultates
- Sprache nach Kundenwunsch
- Eingebauter Selbsttest
- Gut ablesbares AMOLED-Display
- Touchscreen mit Handschuhen bedienbar
- Für verschiedene Atembeutel umrüstbare Anschlüsse
- Serviceschnittstelle für Softwareupdates und Wartung
- Für Distributoren sind OEM-Versionen verfügbar



Campro Scientific GmbH - Germany

P.O. Box 37 03 31 • 14133 Berlin • Tel. +49.(0)30.629.01.89.0 • Fax +49.(0)30.629.01.89.89 • info@campro.eu • www.campro.eu

Campro Scientific GmbH - The Netherlands

P.O. Box 316 • NL-3900 AH Veenendaal • Tel. +31.(0)318.529.437 • Fax +31.(0)318.542.181 • info.nl@campro.eu • www.campro.eu